

MIKROMOTORY

MX-i

MX-I VEDL 3. GENERACE

MX-i LED

CZE Návod k použití

Další jazyky jsou k dispozici na <https://dental.bienair.com/ifu>.



CE
0123

Pouze Rx

2100245-0010/2024.01

Obsah balení (REF)



MOT MX-i
REF 1600825-001



MOT MX-I VEDL 3RD GEN
REF 1601008-001



MOT MX-i LED
REF 1600755-001

Volitelné příslušenství (REF)



KABEL MX-i LED
REF 1601069-001
(PRO MX-i a MX-i LED)



KABEL MX LED 3M REF
1600881-001 (PRO MX-i a MX-i
LED)



**KABEL MX-I LED 3.
GENERACE**
REF 1601009-001
(Pouze pro MX-I LED 3rd Gen)



O-kroužek 8,1x0,73
REF 1300967-010
(Pro všechny mikromotory MX-i)
























**MAINT SPRAYNET (BALENÍ 6
PLECHOVEK)**
REF 1600036-006

Obsah

1	Symboly	4
1.1	Popis použitých symbolů	4
2	Identifikace a zamýšlené použití	5
2.1	Identifikace	5
2.2	Zamýšlené použití	5
2.3	Zamýšlená populace pacientů	5
2.4	Zamýšlený uživatel	5
2.5	Použití prostředí	5
2.6	Zamýšlené zdravotní podmínky	5
2.7	Kontraindikace a nežádoucí účinky u pacientů	6
2.8	V případě nehody	6
3	Bezpečnost uživatelů a pacientů: Upozornění a opatření pro použití	7
3.1	Instalace	8
4	Popis	9
4.1	Přehled	9
4.2	Montáž a příprava	9
4.3	Technické údaje	10
4.4	Klasifikace	10
4.5	Výkony	10
4.6	Provozní podmínky	10
5	Údržba a servis	11
5.1	Údržba - obecné informace	11
5.2	Čištění a dezinfekce	12
5.3	Sterilizace	13
5.4	Balení a skladování	14
5.5	Servis	14
6	Přeprava a likvidace	15
6.1	Doprava	15
6.2	Likvidace	15
7	Obecné informace	16
7.1	Podmínky záruky	16
7.2	Kompatibilita kabelů	16
7.3	Odkazy	16

1 Symbols

1.1 Popis použitých symbolů

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Označení CE s číslem oznámeného subjektu.		Výrobce.
	Zdravotnický prostředek.		Přečtěte si návod k použití nebo elektronický návod k použití.
	VAROVÁNÍ! nebezpečí, které může vést k vážnému zranění nebo poškození přístroje, pokud nebudou správně dodrženy bezpečnostní pokyny.		POZOR! nebezpečí, které by mohlo vést k lehkému nebo středně těžkému zranění nebo poškození přístroje, pokud nebudou správně dodrženy bezpečnostní pokyny.
	Teplotní limit.		Omezení vlhkosti.
	Omezení atmosférického tlaku.		Chraňte před deštěm.
	Používejte ochranné rukavice.		Sériové číslo.
	Data Matrix kód pro informace o výrobku včetně UDI (Unique Device Identification).		Katalogové číslo.
	Lampa, osvětlení, osvětlení.		Recyklovatelný elektrický a elektronický materiál
Rx Only	Upozornění: V souladu s federálními zákony (USA) je tento přístroj k prodeji pouze na doporučení akreditovaného lékaře.		Obecný symbol pro využití/recyklaci.
	Sterilizovatelné v parním sterilizátoru (autoklávu) při stanovené teplotě.		Elektrické zabezpečení. Použitá část typu B.
	Zplnomocněný zástupce ES v Evropském společenství.		Dezinfikovatelné v tepelné pračce.

2 Identifikace a zamýšlené použití

2.1 Identifikace

Zdravotnický prostředek vyráběný společností Bien-Air Dental SA.

Typ

Mikromotor MX-i LED

Bezkartáčové, samoventilační, plně sterilizovatelné motory, lze prát v pračce.

Mikromotor MX-i

Bezkartáčové, s vlastní ventilací, bez světla, plně sterilizovatelné motory, lze prát v pračce.

MX-I LED 3RD GEN

Bezkartáčové, bez ventilace, se světlem, plně sterilizovatelné motory, lze prát v pračce.

Tyto motory jsou napájeny prostřednictvím připojení k elektronice zubní jednotky / křesla nebo konzoly. Nemají funkci postřiku.

Popis

Mikromotory Bien-Air Dental jsou určeny k přeměně elektrické energie na mechanickou rotaci pro pohon zubních a chirurgických násadců a protikusů.

2.2 Zamýšlené použití

MX-I LED 3RD GEN

Přístroj je určen pro použití v implantologii.

Mikromotor MX-i a MX-i LED

Výrobek je určen pro použití v implantologii, parodontologii a ústní chirurgii.

2.3 Zamýšlená populace pacientů

Určenou skupinou pacientů, kterým je přístroj určen, je každá osoba, která navštíví ordinaci zubního lékaře za účelem ošetření v souladu s určeným zdravotním stavem. Neexistuje žádné omezení týkající se věku, rasy nebo kultury subjektu. Určený uživatel je odpovědný za výběr vhodného zařízení pro pacienta podle konkrétní klinické aplikace.

2.4 Zamýšlený uživatel

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Používají jej zubní lékaři, zubní specialisté a ústní chirurgové.

2.5 Použití prostředí

Prostředí profesionálního zdravotnického zařízení.

2.6 Zamýšlené zdravotní podmínky

- Zubní implantologie je léčba, která nahrazuje jeden nebo více chybějících zubů.
- Mezi zákroky ústní chirurgie patří extrakce impaktovaných zubů, extrakce zubů moudrosti, extrakce nezhojitelných zkažených zubů, řízená a neřízená regenerace kosti, apikonektomie, osteotomie, sekvestrektomie a hemisekce.
- Mezi hlavní parodontologická ošetření patří zánět dásní a parodontitida.

2.7 Kontraindikace a nežádoucí účinky u pacientů

Pokud je přístroj používán v souladu se svým určením, neexistuje pro něj žádná specifická kontraindikace, vedlejší účinek ani varování.

2.8 V případě nehody

Pokud dojde k nehodě, nesmí se přístroj používat, dokud nebude dokončena oprava kvalifikovaným, autorizovaným a vyškoleným technikem v servisním středisku.

Pokud dojde v souvislosti s přístrojem k závažné události, nahlaste ji příslušnému orgánu ve vaší zemi a prostřednictvím regionálního distributora také výrobcí. Podrobné postupy dodržujte podle příslušných národních předpisů.

VAROVÁNÍ

Jakékoli jiné použití, než pro které je tento výrobek určen, je nedovolené a může být nebezpečné.

3 Bezpečnost uživatelů a pacientů: Upozornění a opatření pro použití

Tento zdravotnický prostředek musí být používán profesionály v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a prevence úrazů a s tímto návodem k použití.

V souladu s těmito ustanoveními je uživatel odpovědný za to, že používá pouze zařízení, která jsou v bezvadném stavu.

Elektrická bezpečnost

VAROVÁNÍ

Elektrickou bezpečnost lze požadovat pouze v případě, že je zařízení používáno s hnacími motory a hadicemi kompatibilními se společností Bien-Air Dental.

- Kompatibilitu se zařízením a shodu s elektrickou bezpečností vždy ověřte v návodu k použití zubní konzoly.
- Při použití se stomatologickými zdravotnickými prostředky Bien-Air je přístroj v souladu s normou IEC 60601-1, pro kterou platí následující požadavky:
 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 - Vniknutí kapalin
 - Ochrana před nadměrnými teplotami a dalšími bezpečnostními riziky.

Elektromagnetická kompatibilita

VAROVÁNÍ

Elektromagnetickou kompatibilitu lze požadovat pouze v případě, že je zařízení používáno s konzolami, hnacími motory a kabely kompatibilními se společností Bien-Air Dental.

- Kompatibilitu se zařízením a elektromagnetickou kompatibilitu vždy ověřte v návodu k použití zubní konzoly.
- Vzhledem k tomu, že shoda s mezinárodní normou IEC 60601-1-2 nezaručuje odolnost proti 5G na celém světě (kvůli různým místně používaným frekvenčním pásmům), vyhněte se v klinickém prostředí přítomnosti přístrojů vybavených širokopásmovými mobilními sítěmi 5G nebo zajistěte, aby byla síťová funkce těchto přístrojů během klinického postupu vypnuta.
- Magnetické rušení se může vyskytnout u jiných elektromedicínských zařízení, specifikace EMC naleznete v návodu k použití zubní jednotky nebo konzoly.

Aby se předešlo nebezpečí výbuchu, je třeba dodržovat níže uvedené upozornění:

VAROVÁNÍ

Podle normy IEC 60601-1:2005+A12012/PřílohaG lze elektrifikované přístroje (motory, řídicí jednotky, spojky a přídatná zařízení) bezpečně používat ve zdravotnickém prostředí, v němž jsou pacienti dodávány potenciálně výbušné nebo hořlavé směsi anestetických látek, pouze pokud:

- Vzdálenost mezi motorem a anestetickým dýchacím okruhem je větší než 25 cm.
- Motor se nepoužívá současně s podáváním anestetik pacientovi.

Abyste předešli riziku přehřátí, je třeba dodržovat níže uvedená upozornění:

 **POZOR**

- MX-I 3rd) GEN není samočinně větraný. Nepoužívejte jej k aplikacím mimo určené použití.

Aby se zabránilo riziku infekce, je třeba dodržovat níže uvedená upozornění:

 **VAROVÁNÍ**

- Příklad se nedodává sterilní. Abyste předešli případné infekci, dodržujte postup čištění, dezinfekce, sterilizace a celkové údržby popsany v části 5.
- Zdravotnický personál, který používá nebo provádí údržbu zdravotnických prostředků, které jsou kontaminované nebo potenciálně kontaminované, musí dodržovat univerzální bezpečnostní opatření, zejména používat osobní ochranné prostředky (rukavice, ochranné brýle atd.). S ostrými a špičatými nástroji je třeba zacházet velmi opatrně.
- Zařízení položte na čisticí podložku

Aby se předešlo riziku zranění a/nebo poškození materiálu, je třeba dodržovat níže uvedená upozornění:

 **POZOR**

- V případě nadměrných vibrací, abnormálního zahřívání, neobvyklého hluku nebo jiných příznaků, které naznačují, že zařízení nefunguje správně, je třeba práci okamžitě přerušit. V takovém případě se obraťte na servisní středisko schválené společností Bien-Air Dental SA.
- Nikdy nepřipojujte přístroj na běžící mikromotor.
- Do motoru nestříkejte žádné mazivo ani čisticí roztok.
- Zařízení nikdy neoplachujte, abyste je ochladili.

Poznámka: Technické údaje, obrázky a rozměry uvedené v tomto návodu jsou pouze orientační. Nemohou být důvodem k jakýmkoli nárokům.

Původním jazykem návodu k použití je angličtina.

Pro další informace kontaktujte prosím společnost Bien-Air Dental SA na adrese uvedené na zadní straně obálky.

 **Instalace**

 **VAROVÁNÍ**

Mikromotor lze používat pouze s elektronickými přístroji Bien-Air Dental nebo kompatibilními přístroji. Pro splnění bezpečnostního požadavku IEC 60601-1 by měl být používán pouze napájecí zdroj pro zdravotnické přístroje se dvěma MOPP.




OBRÁZEK 1

4 Popis


4.1 Přehled

OBRÁZEK 1


- 1) Přední část motoru
- 2) Těleso motoru
- 3) Připojení kabelu/motoru




OBRÁZEK 2



OBRÁZEK 3



OBRÁZEK 4



OBRÁZEK 5

4.2 Montáž a příprava

1. Motory MOT MX-i REF 1600825-001 a MOT MX-i LED REF 1600755-001 se montují s napájecím kabelem REF 1601069-001 a REF 1600881-001. **OBRÁZEK 2.**
2. Motor MOT MX-I LED 3RD GEN REF 1601008-001 je sestaven s napájecím kabelem REF 1601009-001, jak je popsáno **na obr. 2.** Zkontrolujte, zda jsou zadní část motoru a konektor kabelu čisté a suché.
3. Umístěte motor a jeho proprietární kabel podle **obrázku 2** (lokátor musí být před otvorem). Otáčením najdete přesnou polohu a zasuňte motor **FIG 3**
4. Držte motor úplně přišroubovaný k zadní přípojce motoru **Obr. 4.**

Ruční výměna těsnění (bez použití náradí) Obr. 5

- O-kroužek nemažte
- Používejte pouze vlastní O-kroužek
- Po montáži zkontrolujte, zda nejsou O-kroužky porušené nebo poškrábané.

4.3 Technické údaje

Technické údaje	
Spojka	Nos podle normy ISO 3964*.
Provozní doba	Žádná omezení pro uživatele. Provozní časy jsou elektronicky stanoveny řídicími deskami Bien-Air v závislosti na použitém krouticím momentu.
Rozsah otáček	100-40'000 otáček za minutu
Směr otáčení	Po směru a proti směru hodinových ručiček.
Svítivost	LED, 14
Maximální točivý moment	800 mNm***

*Kompatibilní s násadci s rozměry "krátký", "střední" a "dlouhý".

**měřeno v kombinaci s REF 1600632-001 CA 20:1

***Krouticí moment dostupný na nástroji při použití motoru v implantologii s CA 20:1.

4.4 Klasifikace




Třída IIa v souladu s evropským lékařským nařízením (EU) 2017/745.


Přístroj třídy II typu B podle normy IEC 60601-1.

4.5 Představení

Představení	
Uvedte přednastavené otáčky a točivý moment	Elektronicky řízené
Přesnost hodnoty rychlosti	+/- 5%

4.6 Provozní podmínky

Provozní podmínky	
 Teplotní rozsah:	+10°C -
 Rozsah relativní vlhkosti:	30% - 80%
 Rozsah tlaku vzduchu:	700 hPa - 1060 hPa



OBR. 6

5 Údržba a servis

5.1 Údržba - obecné informace

Před prvním použitím přístroj vyčistěte, vydezinfikujte, osušte a sterilizujte.

Nejpozději do 30 minut po každém ošetření motor vyčistěte. Dodržením tohoto postupu odstraníte případné zbytky krve nebo slin.

⚠ VAROVÁNÍ

- Při čištění a sterilizaci se řiďte národními směrnicemi, normami a pokyny.


⚠ POZOR

- Do motoru nestříkejte žádné mazivo ani čisticí roztok. **OBR. 6**

Vhodné produkty pro údržbu

Používejte pouze originální výrobky a díly pro údržbu společnosti Bien-Air Dental SA nebo výrobky a díly doporučené společností Bien-Air Dental SA. Použití jiných výrobků nebo dílů může způsobit poruchy během provozu a/nebo ztrátu záruky.

- Spraynet®
- Alkalický čisticí nebo dezinfekční prostředek (pH 8-11) doporučený pro čištění a dezinfekci zubních nebo chirurgických nástrojů. Dezinfekční přípravky složené buď z didecyldimethylamonium chloridu, kvartérního uhličitanu amonného nebo neutrálního enzymatického přípravku. (např. Neodisher® mediclean) jsou rovněž přípustné.



OBR. 7

5.2 Čištění a dezinfekce

- Přístroj neponořujte do fyziologické tekutiny (NaCl) ani nepoužívejte fyziologický roztok k udržení vlhkosti, dokud jej nebude možné vyčistit.
- Neponořujte je do čisticí lázně.
- Nečistěte v ultrazvukové čističce.
- Nestříkejte do motoru žádný čisticí roztok.
- Vždy dbejte na to, aby byly kontakty motoru čisté.

Vnější povrch motoru je třeba vyčistit, aby se odstranily nečistoty, jak je uvedeno na [obr. 7](#).

1. Podržte motor za nos pod vodou z vodovodu o teplotě 15-38 °C, pokud má místní voda z vodovodu pH v rozmezí 6,5-8,5 a obsah chloridů nižší než 100 mg/l. Pokud místní voda z vodovodu tyto požadavky nesplňuje, použijte místo ní demineralizovanou (deionizovanou) vodu.
2. Pomocí hladkého pružného kartáče očistěte vnější povrch motoru doporučenými čisticími prostředky. (např. alkalickým čisticím prostředkem nebo čisticím-dezinfekčním prostředkem o pH 8-11).
3. Nedovolte, aby voda pronikla do motoru za čumák nebo za hadicovou přípojku.
4. Vnější povrch motoru vysušte textilií s nízkým obsahem vláken namočenou v přípravku Spraynet .®

Poznámka: Automatické čištění-dezinfekce může nahradit výše uvedené kroky 2. Pokud automatický čistič/dezinfektor nezajišťuje účinné sušení, postupujte podle výše uvedeného kroku 4.

Mycí a dezinfekční zařízení

Provádějte automatické čištění a dezinfekci pomocí schváleného mycího a dezinfekčního zařízení, které splňuje požadavky normy ISO 15883-1.

Prací prostředek a prací cyklus

Použijte alkalický nebo čisticí prostředek doporučený pro čištění v myčce-dezinfektoru pro zubní nebo chirurgické nástroje (pH 8-11).

Doporučené specifikace pro cyklus termické dezinfekce.

Fáze	Parametry
Předčištění	<45 °C; ≥ 2 minuty
Čištění	55°C-65°C; ≥ 5 minut.
Neutralizace	≥ 2 minuty
Oplachování	Voda z vodovodu, ≤ 30° C (86 F), ≥ 2 minuty studená voda.
Tepelná dezinfekce	Demineralizovaná voda, 90°C-95°C, 5-10 minut.
Sušení	18-22 minut

POZOR

Zařízení nikdy neoplachujte, abyste je ochladili.

POZOR

Pokud je místo pračky/termo-dezinfekce použita automatická pračka, dodržujte předchozí program pro fáze Předčištění, Čištění, Neutralizace a Oplachování. Pokud má voda z místního vodovodu pH mimo rozsah 6,5-8,5 nebo pokud obsahuje více než 100 mg/l chloridů (Cl- iontů), nesušte zařízení uvnitř automatické pračky, ale sušte jej ručně pomocí textilií s nízkým žmolčováním.

POZOR

Pokud automatický čistič/dezinfektor nezajišťuje účinné sušení a/nebo pokud po vysušení zůstávají stopy vlhkosti, vysušte vnější povrch motoru textilií s nízkým obsahem vláken napuštěnou přípravkem Spraynet .®

5.3 Sterilizace

POZOR

- Kvalita sterilizace je velmi závislá na tom, jak je přístroj čistý. Sterilizovat lze pouze dokonale čisté přístroje.
- Pro zvýšení účinnosti sterilizace se ujistěte, že je motor zcela suchý.
- Nepoužívejte jiný sterilizační postup než ten, který je popsán níže.
- Používejte pouze cykly dynamického odstraňování vzduchu: předvakuové nebo tlakové pulzní cykly parního proplachu (SFPP).
- Pokud je sterilizace vyžadována národními směrnici, používejte pouze dynamické sterilizátory: nepoužívejte parní sterilizátor s gravitačním výtlačným systémem. Stejně jako u všech nástrojů po každém sterilizačním cyklu, včetně sušení, vyjměte přístroj, abyste zabránili nadměrnému vystavení teplotě, které může mít za následek korozi.

Postup





1. Přístroj zabalte do obalu schváleného pro parní sterilizaci.
2. Sterilizujte pomocí páry po cyklu dynamického odstraňování vzduchu (ANSI/AAMI ST79, oddíl 2.19), tj. odstraňování vzduchu nucenou evakuací (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) při 135 °C po dobu 3 minut nebo při 132 °C po dobu 4 minut. V jurisdikcích, kde je vyžadována sterilizace na priony, sterilizujte při 135°C (275°F) po dobu 18 minut.

Přístroj vydrží více než 1000 sterilizací.

Doporučené parametry sterilizačního cyklu jsou:

- Maximální teplota v komoře autoklávu nepřekročí 137 °C, tj. jmenovitá teplota autoklávu je nastavena na 134 °C, 135 °C nebo 135,5 °C s ohledem na nejistotu sterilizátoru, pokud jde o teplotu.
- Maximální délka intervalu při maximální teplotě 137 °C je v souladu s národními požadavky na sterilizaci vlhkým teplem a nepřesahuje 30 minut.
- Absolutní tlak v komoře sterilizátoru se pohybuje v rozmezí 0,07 bar až 3,17 bar (1 psia až 46 psia).
- Rychlost změny teploty nepřekročí 15 °C/min při zvyšování teploty a -35 °C/min při snižování teploty.
- Rychlost změny tlaku nepřekročí 0,45 bar/min (6,6 psia/min) při zvyšování tlaku a -1,7 bar/min (-25 psia/min) při snižování tlaku.
- Do vodní páry se nepřidávají žádná chemická ani fyzikální činidla.


5.4 Balení a skladování

Podmínky skladování		
	Teplotní rozsah:	0°C - +40°C
	Rozsah relativní vlhkosti:	10% - 80%
	Rozsah tlaku vzduchu:	650 hPa - 1060 hPa
	Chraňte před deštěm.	

Přístroj musí být uložen ve sterilizačním sáčku v suchém a bezprašném prostředí. Teplota nesmí překročit 55 °C. Pokud nebude přístroj používán po dobu 7 dnů nebo déle po sterilizaci, vyjměte přístroj ze sterilizačního sáčku a uložte jej do původního obalu. Pokud není přístroj uložen ve sterilizačním sáčku nebo pokud sáček již není sterilní, před použitím přístroj očistěte, osušte a sterilizujte.

 **POZOR**


Pokud byl zdravotnický prostředek skladován v chladu, nechte jej před použitím zahřát na pokojovou teplotu.

 **POZOR**

Dodržujte datum expirace sterilizačního sáčku, které závisí na podmínkách skladování a typu obalu.

5.5 Servis





Společnost Bien-Air Dental SA doporučuje, aby uživatel nechal své dynamické přístroje zkontrolovat nebo provést jejich servis po 5000 cyklech zpracování nebo po 5 letech.

 **POZOR**

Zařízení nikdy nerozebírejte. Veškeré úpravy a opravy provádějte u svého stálého dodavatele nebo v servisním středisku Bien-Air Dental.

6 Přeprava a likvidace

6.1 Doprava

Podmínky přepravy		
	Teplotní rozsah:	-20°C - +50°C
	Rozsah relativní vlhkosti:	5% - 80%
	Rozsah tlaku vzduchu:	650 hPa -1060 hPa
	Chraňte před deštěm.	

6.2 Likvidace



Likvidace a/nebo recyklace materiálů musí být prováděna v souladu s platnými právními předpisy.



Toto zařízení musí být recyklováno. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují zdraví a životní prostředí. Uživatel musí zařízení vrátit prodejci nebo navázat přímý kontakt se schváleným subjektem pro zpracování a využití tohoto typu zařízení (evropská směrnice 2012/19/EU).

7 Obecné informace

7.1 Podmínky záruky

Společnost Bien-Air Dental poskytuje provozovateli záruku na všechny funkční vady, vady materiálu nebo výrobní vady.

Záruční doba je:

36 měsíců od data vystavení faktury.

V případě oprávněné reklamace splní společnost Bien-Air Dental nebo její oprávněný zástupce závazky společnosti vyplývající z této záruky tím, že výrobek bezplatně opraví nebo vymění.

Jakékoli jiné nároky jakéhokoli druhu, zejména nároky na náhradu škody nebo újmy a jejich důsledky vyplývající z:

- nadměrné opotřebení
- zřídka nebo nesprávné používání
- Nedodržení pokynů pro servis, montáž nebo údržbu.
- Poškození způsobené neobvyklými chemickými, elektrickými nebo elektrolytickými vlivy.
- Vadné připojení vzduchu, vody nebo elektřiny.

POZOR

Záruka pozbývá platnosti, pokud poškození a jeho následky vzniknou v důsledku nesprávného servisu nebo úprav prováděných třetími stranami, které nejsou autorizovány společností Bien-Air Dental SA. Na žádosti o záruku bude brán zřetel pouze tehdy, pokud bude k výrobku přiložena kopie faktury nebo dodacího listu. Musí být jasně uvedeny následující informace: datum nákupu, referenční číslo výrobku a sériové číslo.

7.2 Kompatibilita kabelů

REF	Mikromotor	Kabel REF
1600755-001	MOT MX-i LED	1601069-001
1600825-001	MOT MX-i	1601069-001
1601008-001	MOT MX-I LED 3. GENERACE	1601009-001

7.3 Odkazy

REF	Legenda
REF 1600825-001	Mikromotor MX-I
REF 1601008-001	Mikromotor MX-I LED 3RD GEN
REF 1600755-001	Mikromotor MX-i LED
REF 1600036-006	Spraynet®, čisticí sprej 500 ml, balení 6 plechovek
REF 1601069-001	Kabel MX-i LED
REF 1600881-001	Kabel MX-i LED (délka 3 m)
REF 1601009-001	Kabel MX-I LED 3RD GEN
REF 1300967-010	O-kroužek 8,1x0,73



Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Švýcarsko

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Další adresy jsou k dispozici na adrese

www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

Francie